

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Centro Cardiovascular, Hospital Clínico Santa María
Contacto: Ing. Alejandro Avos
Teléfono:
Ciudad: Medellín
Contrato: ☒
Daño fuera de Garantía: ☐

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Corevision
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATO-44121
Ubicación: BMVE-VENTI90 / Du A.
Placa: BMVE-VENTI90

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: ☐

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Vista programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza verificación general por estado y funcionamiento, Verificación de volúmenes, PEEP, Frecuencia, PIP, I:E, Ti, Concentraciones de O2, Se realizan pruebas de fugas, luces, membranas, alarmas, calibración de celdas de O2, verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla táctil, prueba y carga de batería y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por fabricante.

CLIENTE

Nombre: Miguel Ángel
Cargo: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Firma: Miguel Ángel

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 15:00
H. Salida: 16:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Dely Catherine