

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Rosario Pomarroy de Lopez	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Oscar Restrepo	Marca: Vyaire
Teléfono: 309 420 2124	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Villavieja	S/N: CAT 03390
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: -0-	Placa: 012-01923

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 41
MTT: 41

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT, prueba de Fugas, Calibración de Sensor O2, prueba de batería, alarmas, leds, pantalla, membranas. Se realiza test de desempeño en parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, FiO2, y fíor, frecuencia. Se utiliza equipo de identificación.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo	H. Llegada: 4:00 PM	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ingeniero	H. Salida: 9:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo		Firma: [Firma]