

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12902

FECHA: 15 02 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Militar Central	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Capitán Nancy Cholevarro	Marca: Carelston
Teléfono:	Modelo: VLN Comprehensive
Ciudad: Bogotá D.C.	S/N: CAT 01012
Contrato:	Ubicación: Urgencias
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO	☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
	☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo


TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Visita de Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
HTV: 1305 HTT: 1305. Verificación de funcionamiento y estado del equipo. Limpieza general. Pruebas CRT. Taps, membranas, alambres. Calibración Celda O2, nebulizador. Indoleamiento pantalla tactil, prueba baterías. Limpieza filtro refrigeración. Taps on. Verificación de parámetros incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES: El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
--



CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Martha Lucha Sandoval Razon C.C. 20.423.092 Cargo: TERAPEUTA RESPIRATORIA	H. Llegada: 17:00 H. Salida: 18:00	Nombre: Fco Rro Taboada Hdz Cargo: S.T.
Firma: <i>Martha P</i>		Firma: <i>Fco Rro</i>