

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Hospital Militar Central Contacto: Capitán Nancy Chaparro Teléfono: Ciudad: Bogotá D.C. Contrato: Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Ventilador de paciente Marca: Carefusion Modelo: VELA-comprehensive S/N: CAT04012 Ubicación: Urgencias Placa: A0000039
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: Visita #2 Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS: Revisión general del equipo por estado y funcionamiento. Se realizan pruebas aut. fugas, teclas, alarmas leds, pantalla, baterías. Todo ok Verificación de parámetros ventiladores incluidos en protocolo adjunto todos ok.

OBSERVACIONES: Equipo funcionando de acuerdo a especificaciones de fabricante.

CLIENTE Nombre: Marcela García Cargo: Terapeuta Respiratoria Firma:	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 12:00 H. Salida: 14:20	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Fernando Páez Cargo: S.T. Firma:
---	--	---