

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica Miocardio</u> Contacto: <u>Ing. Kilmer Merchán</u> Teléfono: <u>300 4015</u> Ciudad: <u>Medellín</u> Contrato: <u>2do Visto de Garantía</u> Daño fuera de Garantía: <u> </u>	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador</u> Marca: <u>Geithysion</u> Modelo: <u>Velo Comprehensive</u> S/N: <u>0A04015</u> Ubicación: <u>Uci</u> Placa: <u>NIR</u>
--	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u> </u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u> </u>	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u> </u>	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro: <u> </u>

PROBLEMA: <u>2do Visto de mantenimiento preventivo.</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa del equipo, pruebas de desempeño (V_m/V_T, PEEP, FR, PIP, concentraciones de O₂, I:E, Ti, Baterías, Nebulizador, alarmas y membranas) y verificación general.</u>

OBSERVACIONES: <u>El equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.</u>

CLIENTE Nombre: <u>CRISTIAN TORRES</u> Cargo: <u>TEC BIOMEDICO</u> Firma: <u>CRISTIAN TORRES</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>10:00</u> H. Salida: <u>12:00</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Lery Geron</u> Cargo: <u>Ing. ST</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	--