

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Amor Urrutia</u>	Equipo: <u>Verificador de Paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>Corazon</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Volt con pretenido</u>
Ciudad: <u>Medellin</u>	S/N: <u>CMVA 024</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estandar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Releva ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celula O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico y de funcionamiento general, se verificó con oxímetros unit. peep, frecuencia, PIP, presión de 1/2 y 1/3, se realizó prueba de batería, fugas y calibración de celula de O2, se verificó funcionamiento de alarmas, membrana, lora, pantalla y rebotador, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, mantener equipo conectado a línea AC, reemplazar la batería total de la batería, limpiar con alcohol la pantalla de refrigeración.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Felix Antonio Aguirre</u>	H. Llegada: <u>2:05 pm</u>	Nombre: <u>Keren Manroy C.</u>
Cargo: <u>Administrador de Mantenimiento</u>	H. Salida: <u>3:05 pm</u>	Cargo: <u>Ing. soporte técnico</u>
Firma: <u>Felix A. Aguirre</u>		Firma: <u>Keren Ite</u>