

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Aspetale
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Manizales
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: congeyos
 Modelo: UBA congeyos
 S/N: 1AT041024
 Ubicación: UCJ
 Placa: 10000910

TIPO DE SERVICIO

☐ Alisamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☒ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcionamiento y limpieza general
se reemplazó los 4 filtros, membrana, Alarma, fugas, prueba de
desempeño de batería y parámetros ventiladores, todos OK, equipo
OK, todo probado.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Elba Andrea Acosta
 Cargo: Lider Fisiología
 Firma: Elba A Acosta

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4 pm
 H. Salida: 5:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Moray C.
 Cargo: Ing. Soporte técnico
 Firma: Karen MC