

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>SES Hospital de Cúcuta</u>	Equipo: <u>ventilador de paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>contulion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Volci Comprensivo</u>
Ciudad: <u>Humboldt</u>	S/N: <u>CATD-4235</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Dato fuera de Garantía: _____	Placa: <u>P011AVH-45</u>

TIPO DE SERVICIO

☐ Alastamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Panteco	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Bateria
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relajo	☐ Caida O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Control
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ O2 Paciente
	☐ O2	☐ Cubierta
		☐ Lámpara
		☐ Eschodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Mandoneo
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA: Visita programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento y estado físico acorde a protocolo, se verifican potenciómetros y test CRT.

Se realiza ajuste de transductores por valores en volumen fuera de rango.

Se otorga capacitación al personal asistencial.

OBSERVACIONES:

Trabajo en correcto funcionamiento, verifican carga de batería, calibran válvula de O2, verifican fugas, antes de poner en marcha el equipo.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Angela Arellano</u>	H. Llegada: <u>11:10 am</u>	Nombre: <u>Karen Maribel Celis</u>
Cargo: <u>Ing. Instrumentación</u>	H. Salida: <u>12:40 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Apoyo Técnico</u>
Firma: <u>Angela Arellano</u>		Firma: <u>Karen Celis</u>