

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Federico Lleras Acosta	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Juan Camilo Rentería	Marca: Cere Fusión
Teléfono: 3115166777	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Ibagué - Tolima	S/N: CAT 01044
Contrato: MSPS	Ubicación: UCS
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 139854

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☒ Cortesía Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento preventivo
HTV: 942
HTT: 925

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo. Pruebas UVT, prueba de fugas, calibración monitor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla, membranas. Test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, I:E, Ti, FiO2, frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSF.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Juan Camilo Rentería		Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Biomédico	H. Llegada: 10:30 am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]	H. Salida: 2:00 PM	Firma: [Firma]