

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Centro Cardiorrespiratorio Colombiano Clínica Santa María</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Alejandro Arias</u>	Marca: <u>Colexion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Velo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Medellín</u>	S/N: <u>CAT04059</u>
Contrato: <u>✓</u>	Ubicación: <u>Oci</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>BMVE-VENT112</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Fuente	☐ Relevé	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reparación Completa	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Sonda de Muestra	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Muestra	☐ Teclado	☐ Válvula de Una Vía	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Estándar	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Cto. Paciente	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Tarjeta Principal	☐ Válvula de Una Vía	☐ Consola	☐ Instrumental	☐ CPU	☐ Indicador
☐ Otro:	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
				☐ Manguera	☐ Manómetro
				☐ Mezclador	☐ Módulo
				☐ Motor	☐ Operativo
				☐ Pantalla	☐ Pistón
				☐ Potenciometro	☐ Otro
				☐ Reactivo	☐ Sensor
				☐ Software	☐ Tarjeta
				☐ Touchscreen	☐ Transductor
				☐ Turbina	☐ Válvula
				☐ Otro	☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, verificación de volúmenes, PEEP, Frecuencia, PIP, I:E, Ti, concentraciones de O2. Se realizan pruebas de filtros, luces, membranas, alarmas, calibración de celda de O2, verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla táctil, prueba y carga de batería y limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por</u>
<u>Tabla CLÍNICA CARDIOVID</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Alejandra Arias R.</u>	Nombre: <u>Dora Colteure Calderon</u>	Nombre: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Cargo: <u>DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>Alejandra Arias R.</u>	H. Llegada: <u>8:00</u>	Firma: <u>Dora Colteure Calderon</u>
	H. Salida: <u>10:00</u>	