

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica la Estancia
Contacto: Ing. Martha Salazar
Teléfono: 300 648 3363
Ciudad: Bogotá
Contrato: MSDS
Daño fuera de Garantía: - 0 -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Cave Fusión
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT03276
Ubicación: UCF
Placa: # 38

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 1736
HTT: 1736

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test UVT, Verificación de ruidos de fugas, leds, pantalla, membrana, batería, nebulizador, pruebas de desempeño según parámetros Um, Vt, PIP, PEEP, Tc, I-E, frecuencia y concentración de O2. Se utiliza equipo de Verificación TSE.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Martha Salazar
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: Martha Salazar

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:30 am
H. Salida: 10:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]