

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica La Estancia.	Equipo: Ventilador.
Contacto: Ing. Martha Salazar.	Marca: Corefusion
Teléfono: 3006483363	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT03176
Contrato: M.S.P.S.	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: J1634

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	Preventivo abril 2021.
------------------	------------------------

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), hojas de uso = 4122, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración e interior del equipo, test de fugas, luces, alarmas, teclado, táctil, batería (OK), test HT, PEEP, frecuencia, FIO2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), tuya superior presenta fracturas, se encontró batería con nivel de carga errado y se da reset a circuito de carga, verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:	/
-----------------------	---

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Edwin Berdicko Alvarado	H. Llegada: 12:30 PM	Nombre: Cristhian C. Escobar A.
Cargo: Asistente Técnico	H. Salida: 3 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma:		Firma: