

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 11707

FECHA: 06/11/2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica la Estancia
Contacto: Ing. María Isabel Salazar
Teléfono: 300 640 33 63
Ciudad: Bogotá
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT 03218
Ubicación: UCI
Placa: #39

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo - HTV: 1238
HTT: 1238

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general del estado físico y funcional del equipo, Testeó, prueba de fugas, prueba de leds, alarmas, pantalla, botones, batería, nebulizador, Test de desempeño en parámetros VT, Vm, PEEP, PIP, Ti, I:E, frecuencia, % (concentración) O2, se utiliza equipo de verificación ISI.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: MARÍA ISABEL SALAZAR
Cargo: ING. BIOMÉDICA
Firma: MARÍA SALAZAR

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:15 PM
H. Salida: 1:45 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]