

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Santa gracia.</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>
Contacto: <u>Ing. Laura Pistala</u>	Marca: <u>VELA Comprehensive</u>
Teléfono: <u>3146586628</u>	Modelo: <u>Curefusion.</u>
Ciudad: <u>Popayán</u>	S/N: <u>CAT03183</u>
Contrato: <u>M.S.P.S</u>	Ubicación: <u>UC3</u>
Daño fuera de Garantía: <u>-c-</u>	Placa: <u>11632</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☒ Otro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula

PROBLEMA:
<u>Preventivo abril /21</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 2735. Se calibra celda O2,</u>
<u>Se limpia filtro de refrigeración e interior del equipo, test de fugas, luces, alarmas,</u>
<u>teclado, tarjeta batería (OK), test Vt, PEEP, frecuencia, FiO2 PIP, I:E, Ti, Vm (OK),</u>
<u>Verificación carga de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC.</u>
<u>Equipo en óptimas condiciones para su uso.</u>

OBSERVACIONES:
<u>/</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Laura Pistala</u>		Nombre: <u>Cristhian C Escobar A.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedica</u>	H. Llegada: <u>10 AM</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	H. Salida: <u>11 AM</u>	Firma: <u>[Firma]</u>