

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 13410

FECHA: 15 abril / 21

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana López	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castro	Marca: Care fusion
Teléfono: 321 726 2643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT03187
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: ---	Placa: 11909

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☒ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Preventivo abril 2021

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 682, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, tactil, batería (OK), test Ut, PEEP, frecuencia, Fio2, PIP, I:E, Ti, Um (OK). Verificación de curva de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al A.C. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Gina Manzano	H. Llegada: 3:30 PM	Nombre: Cristhian C. Escobar A.
Cargo: Ing. Pionero	H. Salida: 4:45 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Gina Manzano		Firma: [Firma]