

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Universitario San José	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Maria fernanda Ordoñez	Marca: Carefusion
Teléfono: 316 773 3606	Modelo: VELA
Ciudad: Popayán	S/N: CAT03189
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI INT
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 02300499

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciómetro
			☒ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Preventivo noviembre / 20

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 974, se limpia Filtro de refrigeración, se calibra celda O2, test fugas, luces, alarmas, teclado, tactil, batería (OK), test Vt, Vm, T.F, fi, frecuencia, PEEP, PIP, FIO2 (OK). Equipo en optimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:
Se recomienda mantener equipo conectado a la red eléctrica.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Leopoldo</u>	Nombre: <u>Cristhian C Escobar A</u>	
Cargo: <u>Neofarmacéutico</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>	
Firma: <u>Leopoldo</u>	H. Llegada: <u>5 PM</u>	Firma: <u>Cristhian C Escobar A</u>
	H. Salida: <u>7 PM</u>	