

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Universitario San José	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Maria Fernanda Ordoñez	Marca: Carefusion
Teléfono: 3167733606	Modelo: VELA
Ciudad: Popayán	S/N: CAT03190
Contrato: MSPS	Ubicación: UCINT
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 02300947

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☒ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Preventivo noviembre / 20

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 1367, se calibra celda de O2, se calibra XCDR exh flow y XCDR turb diff press, se limpia filtro de refrigeración, pruebas de alarmas, luces, teclado, táctil, batería, fugas (OK), test U6, U1, PEEP, PIP, frecuencia, FiO2, tx, I:E (OK). Equipo en óptimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:
Se recomienda mantener equipos conectados a la red eléctrica

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Natali Cruz C.	H. Llegada: 4 PM	Nombre: Christian Camilo Escobar
Cargo: Fisioterapeuta	H. Salida: 7 PM	Cargo: Ing. Soporte técnico
Firma: Natali Cruz Castaño		Firma: [Firma]