

Instrumentación SA

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No.

11282

FECHA:

24/11/20

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica las americanas
Contacto: _____
Teléfono: _____
Ciudad: Bogotá
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vida comprehensive
S/N: CAT03191
Ubicación: _____
Placa: DBHAWVEN092

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento
☐ Demostración

☐ Calibración
☐ Diagnóstico

☐ Capacitación
☐ Instalación

☐ Correctivo
☐ Otro

☒ Cortesía
☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador
☐ Batería
☐ Cable
☐ Celda O2
☐ Compresor
☐ Consola
☐ CPU
☐ Cto. Paciente
☐ Cubierta

☐ Electrodo
☐ Filtro
☐ Flujo metro
☐ Fuente
☐ Impresora
☐ Indicador
☐ Instrumental
☐ Interfase
☐ Lámpara

☐ Manguera
☐ Manómetro
☐ Mezclador
☐ Módulo
☐ Motor
☐ Operativo
☐ Pantalla
☐ Pistón
☐ Potenciometro

☐ Reactivo
☐ Sensor
☐ Software
☐ Tarjeta
☐ Touchscreen
☐ Transductor
☐ Turbina
☐ Válvula
☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros UM, VT, PEEP, frecuencia, PIP, relación I:E y FiO2, se realiza prueba de fuga y calibración de celda de oxígeno, se realiza calibración de transductores, verificación de estado de turbina, batería, alarmas, membranas, luces, pantalla y nebulizador; se realiza limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, funcionan conectado a toma AC, no deja descargar completamente la batería.

CLIENTE

Nombre: Anderson FB
Cargo: Biomedico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:20 pm
H. Salida: 5:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Harroy
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: _____