

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No.

11288

FECHA: 26/11/2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica las Americas
Contacto: _____
Teléfono: 310 3195
Ciudad: Medellín
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Core fusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CA103195
Ubicación: _____
Placa: DBHAWEN 094

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estandar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Reactivo
☐ Sensor
☐ Software
☐ Tarjeta
☐ Touchscreen
☐ Transductor
☐ Turbina
☐ Válvula
☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros um, ut, peep, frecuencia, PIP, notación I:E y P:O2, se realizan prueba de fugas y calibración de celda de O2, se verifica estado de batería, alarmas - membrana, luces, pantalla y nebulizador, se realiza limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, mantener equipo conectado a línea AC y evitar la descarga total de la batería.

CLIENTE

Nombre: Anderson FB
Cargo: Biomedico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:20pm
H. Salida: 3:40pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Moray C.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: _____