

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente: Clínica los Americanos	Equipo: Ventilador de Paciente	Marca: Carefusion	
Contacto:	Modelo: Vela Compresorico	S/N: CAT 03198	
Teléfono:	Ubicación:	Placa: DBMAVEN 087	
Ciudad: Medellin			
Contrato:			
Daño fuera de Garantía:			

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA			
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____		

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro	

PROBLEMA:
Visto programada de mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza mantenimiento Preventivo, se verifica estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros Vm, VT, Peep, frecuencia, PIP, relación I:E y FiO2, se realiza prueba de fugas y calibración de celdas de oxígeno, se verifica estado de batería, alarmas, membranas, luces, pantalla y nebulizador; se realiza limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Equipo en correcto funcionamiento, se recomienda mantener equipo conectado a toma AC y evitar la descarga total de la batería.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Anderson Franco	H. Llegada: 3:05 pm	Nombre: Karen Monroy
Cargo: Biomedico	H. Salida: 8:55 pm 24/11/20	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma:		Firma: