

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica la Estancia
Contacto: Ing. Martha Isabel Salazar
Teléfono: 300 648 3363
Ciudad: Papayan
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Care fusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAPO3200
Ubicación: VCI
Placa: #37

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Operativo ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Pantalla ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pistón ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de Mantenimiento Preventivo - HTV: 1689
HTT: 1689

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del equipo, se realiza Test UVT,
Prueba de fugas, Prueba de pantalla, batería, leds alarma,
Pruebas de desempeño, Um, VT, PEEP, PIP, Tc, % FiO2, frecuencia
Se utiliza equipo de verificación TSI.
Se entrega el equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

OBSERVACIONES:

Se evidencia múltiples fisuras en cuerpo de sensor de flujo,
generando fugas y lecturas erróneas de volúmenes.

CLIENTE

Nombre: Martha Salazar
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: Martha Salazar

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1:15 pm

H. Salida: 3:00 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]