

FECHA: 12 abril / 21

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica La Estancia	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Martha Salazar	Marca: Corefusion
Teléfono: 3006483363	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayan	S/N: CAT03200
Contrato: M.S.P.S.	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 11637

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☒ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo abril / 2021

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 3450, se calibra celda de O2, se limpia filtro de refrigeración e interior del equipo, test de fugas, luces, alarmas, teclado, tuitil, batería (OK), test Vt, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, P/F, Fd, Vm (OK). Verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Edwin Barrios Alvarado	H. Llegada: 11 AM	Nombre: Christian C. Escobar A.
Cargo: Asistente Técnico	H. Salida: 12:30 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]