

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 11704

FECHA: 05/11/2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Universitario San José
Contacto: Ing. Maria Fernanda Ochoa
Teléfono: 316 443 3606
Ciudad: Popayán
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Compresión
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATO 3013
Ubicación: UCINT
Placa: 02300943

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O₂ ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo.

MTV. 400
HTT 866

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test UVT, revisión prueba de fugas alarma pantalla, membranas, leds, Calibración celda O₂ Test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, Frecuencia, I:E, Tc, % FiO₂ OK.
Se realiza Verificación con equipo TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Felipe O.
Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: Felipe O.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7:00 PM
H. Salida: 9:00 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Jefe de Servicio Técnico
Firma: Daniel Alcantara