

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: UCHMED S.A.
Contacto: Ing. Carlos Duran
Teléfono: 3105977742
Ciudad: Dosquebrados - Risaralda
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Corefusion
Modelo: VEIA COMPREHENSIVE
S/N: CAT03019
Ubicación: UCIA
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

Visita de Garantía # 2. Mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional. Pruebas OVP: Teclas, leds indicadores, fugos, alarmas, pantalla táctil nebulizador, calibración de sensor O2, desempeño de la batería todas OK. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Helmy Parga
Cargo: Terapeuta Respiratoria
Firma: Helmy Parga

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3:00 pm
H. Salida: 5:00 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz Cadena
Cargo: Soporte Técnico
Firma: Edgar Muñoz Cadena