

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana López.	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castaño	Marca: Carefusion
Teléfono: 321 726 7643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Pápana	S/N: CAT03023
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: 11910

TIPO DE SERVICIO
☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía ☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo abril 2021

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 545, se calibra celda O2. Se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, táctil, batería (OK), test Vc, PEEP, frecuencia, FIO2, PIP, J:E, Ti, Um (OK). Verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al A.C. Equipo en óptimas condiciones para su uso. Sensor de flujo de nebulizador genera lecturas altas de 124 (se recomienda reemplazarlo)

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Elinor Arango	H. Llegada: 5:30 PM	Nombre: Cristhian C. Esquivel
Cargo: Inge. Biomecánica	H. Salida: 6:15 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Elinor Arango		Firma: C. Esquivel