

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Santa Gracia
Contacto: Ing. Laura Pistola
Teléfono: 3146586628
Ciudad: Pácora
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Pariente
Marca: Care Fusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT 03032
Ubicación: UCI
Placa: - -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 2644
MT: 1644

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza Verificación general del estado físico y funcional del equipo. Test UVT, Prueba de fugas, Test de Alarmas, pantalla, membranas, leds, batería. Pruebas de desempeño en parámetros VT, VM, PEEP, FiO2, S-E, % FiO2. Se utilizó equipo de Verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entregó equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Mariacabel Collazos
Cargo: Ing. Biomedica
Firma: Mariacabel Collazos

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10 AM
H. Salida: 12 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Cristhian C. Escobar A.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Cristhian C. Escobar A.