

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Santa Gracia.	Equipo: Ventilador.
Contacto: Ing. Laura Pistala.	Marca: Carefusion
Teléfono: 3146586628	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayan	S/N: CAT03032
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 11633

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo


TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciómetro
	☒ Otro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula

PROBLEMA:
Preventivo abril /21

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 3579, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración e interior del equipo, test de pugas, luces, alarmas, teclado, táctil, batería (OK), test Ut, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Um (OK)
Verificación carga de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al A.C. Tapa frontal en parte superior izquierda presenta fractura. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Laura Pistala.	H. Llegada: 12:00 PM	Nombre: Cristhian C. Escobar A.
Cargo: Ing. Biomedica	H. Salida: 1:30 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: 		Firma: 