

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Universitario San Jose
Contacto: Ingeniera Maria Fernanda Oronoz
Teléfono: 316443 3606
Ciudad: Popayan
Contrato: USPS
Daño fuera de Garantía: - 0 -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: CareFusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATO 3033
Ubicación: UCINT
Placa: 02300946

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento Preventivo.

HTV: 982

HTT: 982

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realizan pruebas de verificación de usuario, prueba de fugas, pantalla, membranas, alarmas, batería. Pruebas de desempeño VT, VM, PIP, PEEP, % FiO2, Ti, I:E, Frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Felipe Oronoz R.

Cargo: Microcomputa

Firma: Felipe O

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 5:00 PM

H. Salida: 7:00 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar

Cargo: Ing. Servicio Técnico

Firma: Daniel Alcantar