

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San José	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Maria Fernanda Ordoñez	Marca: Carefusion
Teléfono: 316 773 3606	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Bogotá	S/N: CAT03033
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCINT
Daño fuera de Garantía: - c -	Placa: 12107 / 02300946

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro	

PROBLEMA:
Preventivo abril 2021

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 1624, Se calibra celda O2, Se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, touch, batería (OK), test de PEED, frecuencia, FiO2, PIP, PEEP, Ti, Vm (OK), Verificación de cables de transporte (OK), Se recomienda mantener equipo conectado al AC, pilotes de silencio y bloquear su encendido. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Substancia Para Sane	H. Llegada: 8:30 AM	Nombre: Cristhian C. Escobar A
Cargo: Ingeniero de Mantenimiento	H. Salida: 10 AM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]