

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Universitario San Jose
Contacto: Ing. Maria Fernanda Odonez
Teléfono: 316 773 3606
Ciudad: Popayan
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - 0 -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT02988
Ubicación: UCSJNT
Placa: 02300945

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento preventivo

HTV: 2334

MTT: 2334

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza TEST UVT, Prueba de fugas, prueba de leds, alarmas, pantalla, membranas, batería. Pruebas de desempeño en parámetros VT, Vm, PEEP, PIP, FR, % FiO2, Tr, I:E. Se utiliza equipo de Verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Issamar Encarnación C
Cargo: Fisioterapeuta
Firma: Issamar E

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:00 Pm

H. Salida: 6:15 Pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]