

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Merintegual SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Angela Garzon	Marca: Veaire
Teléfono: 3054617871	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Zipaquirá - Cundinamarca	S/N: CAT 02996
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: MZ AD 0322

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Reactivo
		☐ Manómetro	☐ Sensor
		☐ Mezclador	☐ Software
		☐ Módulo	☐ Tarjeta
		☐ Motor	☐ Touchscreen
		☐ Operativo	☐ Transductor
		☐ Pantalla	☐ Turbina
		☐ Pistón	☐ Válvula
		☐ Potenciometro	☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo
HTV: 38
HTI: 78

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional, se realiza test UVT, prueba de fugas, calibración de sensor de presión, prueba de alarma, batería, pantalla, membrana, leds, test de desempeño para parámetros: VM, VT, PEEP, PIP, TIC, I:E, FIO2, frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entregó equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Angela	H. Llegada: 8:00 am	Nombre: Daniel Alcantaral
Cargo: Ing. Técnico	H. Salida: 10:00 am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]