

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica los Americanos</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>Chetision</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Volta comprensivo</u>
Ciudad: <u>Medellin</u>	S/N: <u>CAT03037</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>DBNA VUC N089</u>

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros UM, VI, PEEP, Frecuencia, A/P, relación I/S y TCO, se realiza prueba de fuga y calibración de celda de oxígeno, se verifica estado de batería, alambres, membranas, luces, pantalla y nebulizador; se realiza limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Equipo en correcto funcionamiento, el equipo se trasladó a nueva institución, se recomendó dejar cargando batería por 24 hrs antes de poner en funcionamiento.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Anderson FB</u>	H. Llegada: <u>3:40 pm</u>	Nombre: <u>Karen Hanroy</u>
Cargo: <u>Biomedico</u>	H. Salida: <u>4:45 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte tecnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>