

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Universitario San José	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: María Fernanda Ordóñez	Marca: Cure Fusion
Teléfono: 316 713 3606	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT030112
Contrato: MSPS	Ubicación: UCIUT
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 02300944

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciómetro
	☒ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo
HTV: 1292
HTI: 1292

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó revisión del estado físico y funcional del equipo, Se realizó Test VT, pruebas de fugas, Teste de alarmas indicadores, Pantalla, alarma, batería, pruebas de funcionamiento en VT, Vm, PEEP, PIP, Frecuencia, T, S.E, 2 F.O2, OK. Se realizó equipo de refrigeración TEST.

OBSERVACIONES:
Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Felipe O.		Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Asistente	H. Llegada: 6:30 pm	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Felipe O.	H. Salida: 8:30 pm	Firma: [Firma]