

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San José	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Maria fernanda Ordoñez	Marca: Cerefusion
Teléfono: 316 973 3606	Modelo: VLA Comprehensive
Ciudad: Popayan	S/N: C1103041
Contrato: M.S.P.S	Ubicación: UCINT
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 12310 / 02300944

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevó
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☒ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo abril /21

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 2172, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, táctil, batería (OK), test VE, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), verificación de caudal de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado a AC, equipo se encuentra sin mangueras de O2. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Sistema Para Salud		Nombre: Crithian C. Escobar A.
Cargo: Ingeniero Biomédico	H. Llegada: 1:30 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]	H. Salida: 3 PM	Firma: [Firma]