DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIONES INVITACIÓN A COTIZAR No. I.C. 024-2022

OBJETO: *"*PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS NEVERAS DE VACUNACIÓN, CONGELADORES INDUSTRIALES, REFRIGERADORES, CRIOSTATOS Y CUARTOS FRÍOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. *".*

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., informa a los posibles oferentes del proceso INVITACIÓN A COTIZAR NO. IC 024-2022, las modificaciones realizadas:

1. **Modificación al Numeral** "*4.3. REQUISITOS TECNICOS: CUMPLE / NO CUMPLE***:** se adicional criterio de evaluación.

Queda de la siguiente manera:

4.3. REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE / NO CUMPLE

- Hoja de vida del personal encargado del servicio técnico con certificados laborales en los que se evidencie la experiencia en mantenimiento de equipos de refrigeración, tarjeta profesional y demás cursos
- Acreditar por medio de una carta que tiene sede en la ciudad de Bogotá o alrededores, así como un taller o espacio para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo según el caso, las cuales podrán ser visitadas por el evaluador.
- Ejemplo de Sticker y/o placa de mantenimiento preventivo a instalar en los equipos objeto del presente contrato, el cual debe indicar como mínimo el nombre de la empresa, espacio para la fecha del mantenimiento preventivo realizado y un consecutivo.
- Protocolo de solicitud de mantenimiento correctivo.
- Protocolo de mantenimiento preventivo de cada tipo de equipo incluido en la descripción técnica
- Certificados de equipos patrón con los que se realizará la verificación de parámetros de funcionamiento de los equipos, los cuales deben funcionar para medir temperaturas entre los 10 °C y los -40°C y deben estar a nombre del oferente.

Vo Bo. Ingeniería Biomédica.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.