
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA BLOQUEADA TERCIO DE CAÑA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Bajo perfil.
- Desde 4 a 10 orificios.
- Bordes redondeados para desplazamiento en incisiones mínimas.

INDICACIONES

- Osteosíntesis de fracturas, de la diáfisis del peroné.

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes que presenten infecciones, o algún tipo de rechazo del material.

DESCRIPCIONES Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS DE TERCIO DE CAÑA

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 4H	Q122247004	52 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 5H	Q122247005	64 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 6H	Q122247006	76 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 7H	Q122247007	88 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 8H	Q122247008	100 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 9H	Q122247009	112 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 10H	Q122247010	124 mm	1.6 mm	1.6 mm
PLACA TERCIO DE CANA BLOQ TITANIO X 12H	Q122247012	148 mm	1.6 mm	1.6 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 12 mm a 50 mm de longitud.