PLACA BLOQUEADA DE CLAVÍCULA EN S



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Fracturas diafisarias de la clavícula.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones.
- Enfermedades óseas que no permitan una fijación adecuada al implante.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H IZQ	Q122265106	94 mm	3.0 mm	3.0 mm
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H IZQ	Q122265107	110 mm	3.0 mm	3.0 mm
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H IZQ	Q122265108	120 mm	3.0 mm	3.0 mm
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 6H DER	Q122265206	94 mm	3.0 mm	3.0 mm
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 7H DER	Q122265207	110 mm	3.0 mm	3.0 mm
PLACA BLQ CLAVICULA EN S 3.5 X 8H DER	Q122265208	120 mm	3.0 mm	3.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

Placas diseñadas para reducir la irritación del tejido blando gracias a sus perfiles planos y redondeados.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50mm de longitud.