# PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DORSAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89  Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

**CARACTERÍSTICAS**

- Placas 2.4 – 2.7 mm
- En L, en T, rectas y oblicuas
- Elaboradas en aleación de Titanio
- Agujero combinado alargado que permite colocar de forma precisa la placa sobre el hueso
- Placa de bajo perfil

**INDICACIONES**

- Fracturas con desplazamiento dorsal
- Osteotomías correctivas tras consolidación del radio distal
- Fracturas distales de la ulna.
- Fracturas extraarticulares del radio distal

El tratamiento de las fracturas de la porción distal del radio, requiere una reconstrucción meticulosa de la superficie articular, así como una osteosíntesis estable y un tratamiento posoperatorio funcional precoz.

Las fracturas extraarticulares requieres el restablecimiento tanto de la inclinación palmar como la longitud radial, con el fin de reducir la posibilidad de desplazamiento. Cualquier defecto de alineación puede ocasionar limitaciones de movimiento, cambios en la distribución de cargas, inestabilidad medio carpiana y aumento del riesgo de artrosis en la articulación radiocarpiana.

Las fracturas intraarticulares con desplazamiento articular superior a 2 mm en la articulación radiocarpiana ocasionan inevitable artrosis y deterior funcional.

El radio y el cúbito constituyen en su porción distal un conjunto biomecánico tricolumnar:

- La columna cubital está formada por la porción distal del cúbito, el fibrocartílago triangular y la articulación radio cubital – distal.
- La columna intermedia está formada por la porción medial del radio distal, con la fosa semilunar y la escotadura sigmoidea.
- La columna radial está formada por la porción lateral del radio distal con la fosa escafoidea y la apófisis estiloides.

Una fractura del radio distal con desplazamiento dorsal indica no solo dorsiflexión en plano sagital si no también desviación radial en el plano frontal y supinación en el plano trasversal.

Después de la reducción la estabilización requiere una fijación optima de las columna intermedia y radial, en caso de fractura del cubito distal con afectación de la articulación radio cubital, la columna cubital también debe estabilizarse.

**DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS**

| DESCRIPCION | REFERENCIA | Long | perfil | perfil h |
|---|---|---|---|---|
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 3H IZQ | Q122275103 | 40 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 4H IZQ | Q122275104 | 49 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 3H DER | Q122275203 | 40 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 4H DER | Q122275204 | 49 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L OBLICUA X 3H IZQ | Q122276103 | 43 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L OBLICUA X 4H IZQ | Q122276104 | 52 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L OBLICUA X 3H DER | Q122276203 | 43 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L OBLICUA X 4H DER | Q122276204 | 52 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 3H IZQ 2A | Q122277103 | 40 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 4H IZQ 2A | Q122277104 | 49 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 3H DER 2A | Q122277203 | 40 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN L X 4H DER 2A | Q122277204 | 49 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 3H | Q122278003 | 40 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 4H | Q122278004 | 49 | 1,6 | 1,6 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL RECTA X 5H | Q122292005 | 48 | 1,6 | 0,7 |
| PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL RECTA X 6H | Q122292006 | 57 | 1,6 | 0,7 |

**REGISTRO SANITARIO**

- 2013DM-0010435

**EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN**

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

**MATERIAL**

- Aleación en Titanio

**NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL**

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con instrumental especializado, sistema 2.4/2.7, acompañado siempre de pieza de mano. El sistema cuenta con tornillos de calibre 2.4 corticales, 2.4 y 2.7 mm bloqueados, desde 8 mm hasta 30 mm de longitud.