PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL MEDIAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en Titanio
- Perfil de cuerpo de contacto limitado
- Agujeros combinados en el cuerpo y orificios para tornillos de bloqueo en la cabeza
- La placa se torsiona 20° y se dobla para adaptarse a la tibia distal.
- Los agujeros de bloqueo del área distal son paralelos a la articulación.
- El orificio alargado del cuerpo favorece al posicionamiento inicial de la placa

INDICACIONES

- Fracturas e intraarticulares simples de la tibia distal
- Fracturas de la tibia distal percutáneas
- Fracturas de la tibia distal extendidas hasta el área diafisaria.

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL CUERPO	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H IZQ	Q122237106	144 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H IZQ	Q122237108	171 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10 IZQ	Q122237110	198 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12 IZQ	Q122237112	225 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14 IZQ	Q122237114	252 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H DER	Q122237206	144 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 8H DER	Q122237208	171 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 10 DER	Q122237210	198 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 12 DER	Q122237212	225 mm	4.0 mm	2.2 mm
PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 14 DER	Q122237214	252 mm	4.0 mm	2.2 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes que presenten infecciones, o algún tipo de rechazo del material.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 12 mm a 90 mm de longitud.