
PLACA BLOQUEADA DE PERONÉ DISTAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en Titanio
- Perfil de cuerpo de contacto limitado
- Agujeros combinados en el cuerpo y 6 agujeros distales para fijación en la cabeza.
- Orificios para pin guía, para reducción y fijación provisional.
- El orificio alargado del cuerpo favorece al posicionamiento inicial de la placa.

INDICACIONES

- Osteosíntesis de fracturas, osteotomías y pseudoartrosis de la zona metafisiaria y diafisiaria del peroné distal, especialmente en caso de hueso oteopénico.

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes que presenten infecciones, o algún tipo de rechazo del material.

DESCRIPCIONES Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS DE PERONÉ DISTAL

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 3H IZQ	Q122242103	73 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 4H IZQ	Q122242104	86 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 5H IZQ	Q122242105	99 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 6H IZQ	Q122242106	112 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 7H IZQ	Q122242107	125 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 3H DER	Q122242203	73 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 4H DER	Q122242204	86 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 5H DER	Q122242205	99 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 6H DER	Q122242206	112 mm	1.0 mm	1.0 mm
PLACA PERONE DISTAL 2.7/3.5 X 7H DER	Q122242207	125 mm	1.0 mm	1.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 12 mm a 50 mm de longitud.