
PLACA BLOQUEADA FEMUR DISTAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- 7 orificios distales bloqueados que permiten osteosíntesis seguras y suficientes.
- La placa más larga tiene longitud 315 mm.
- Agujeros para colocación de pin guía provisional, para facilidad de reducción ósea.
- Agujeros combinados para compresión y adaptación ósea.
- Excelente adaptación anatómica.
- Sus bordes cónicos y redondeados facilitan técnicas mínimamente invasivas.



INDICACIONES

- Fracturas multifragmentarias del fémur distal.
- Incluye fracturas supracondilares, intraarticulares, extraarticulares, no uniones, hueso oteopénico y osteotomías del fémur.

CONTRAINDICACIONES

- Sepsis
- Rechazo al material.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS FEMUR DISTAL

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 5H IZQ	Q123230105	155 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 7H IZQ	Q123230107	195 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 9H IZQ	Q123230109	235 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 11H IZQ	Q123230111	275 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 13H IZQ	Q123230113	315 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 5H DER	Q123230205	155 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 7H DER	Q123230207	195 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 9H DER	Q123230209	235 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 11H DER	Q123230211	275 mm	5.5 mm	2.8 mm
PLACA BLOQ FEMUR DISTAL X 13H DER	Q123230213	315 mm	5.5 mm	2.8 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas bloqueadas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Las placas bloqueadas se envían con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico. Se acompañan de tornillos bloqueados de 5.0 y corticales 4.5 mm de diámetro, desde 18 mm hasta 90 mm de longitud, así como tornillos esponjosos de 6.5 desde 50 mm hasta 100 mm de longitud.