Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR SMART UPPER
MANO Y PIE

BFIX™



CE ISO ASTM INTERNATIONAL

AIKE(SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en sus cabezales que permite que permite realizar diversos montajes en mano y pie.
- Variedad en longitud en sus barras.
- Uso único.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QZS92001	CABEZAL BARRA BARRA SMART UPPER
QZS92002	CABEZAL DE PIN TRANSFIXIANTE
QZS92012	CABEZAL BARRA TORN. INV. SMART UPPER
QZS92003	CABEZAL BARRA PIN SMART UPPER
QZS93003	EXTENSION ANGULADA 30° SMART UPPER
QZS93001	EXTENSION RECTA SMART UPPER
QZS96050	BARRA DE CARBONO DE 5 X50 MM
QZS96100	BARRA DE CARBONO DE 5 X 100 MM
QZS96150	BARRA DE CARBONO DE 5 X 150 MM
QZS96200	BARRA DE CARBONO DE 5 X 200 MM
QZS96250	BARRA DE CARBONO DE 5 X 250 MM

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador Smart upper, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero
- Barra de fibra de carbono

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador Smart upper debe ir acompañado de equipo básico de fijación externa, pieza de mano,

Tornillos de hidroxiapatita y acero de 4,0 como se menciona a continuación:

Q114120-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/20
Q114130-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/30
QZLR4030120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/30
QZLR4020120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/20