
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR DE CODO

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Angulación de cabezales de 36°.
- Se acopla con cabezal en T, en caso de ser requerido.
- Único uso.

INDICACIONES

- Anquilosis de codo.
- Protección de osteosíntesis en codo.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD305	FIJADOR DE CODO COMPLETO SIN TORNILLOS

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El fijador de codo, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución
- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El fijador de codo debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano

Tornillos de hidroxiapatita o de acero de 4,0 y 5,0 de diámetro, como se menciona a continuación:

Q115013- CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/30
Q125013-CHA	TORNILLO DE SCANZ HA DE 5.0 130/40
Q115015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/30
Q145015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 150/40
Q114120-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/20
Q114130-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 120/30
QZLR4030120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/30
QZLR4020120	TORNILLO DE SHANZ 4.0 DE 120/20