
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR PEEK DE PILON TIBIAL

BFIX™



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Único uso.

INDICACIONES

- Fractura de tibia distal.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológica y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCION
QD123-2	PEEK PILON TIBIAL

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El peek de pilon tibial se encuentra en presentación en caja estéril, está compuesto por una llave allen de 5 y 3 mm para su manejo y su respectiva unidad de dsitraccion-compresion.
- El implante no requiere esterilización por parte de la entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C).

MATERIAL

- Aleación de aluminio.
- PEEK.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

ALGUNOS BENEFICIOS

- El fijador PEEK de pilon tibial se implanta con ayuda del equipo básico de fijación externa, guía de pilón tibial y pieza de mano,
- La angulación de los cabezales es de 44°.
- Radiolúcido, posee unidad estándar de distracción y compresión.
- Se emplea con tornillos de HA de 6,0, los cuales se describen a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60