uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS EN CAMPO

CÓDIGO:	F-AC-08
VERSIÓN:	4.0
FECHA:	Jun. 03 de 2022
PÁGINA:	1 DE 1

Área Operativa:	Norte	Año:	2022.	Mes:	Junio

Día:	EQUIPO pH						EQUIPO TURBIEDAD				Observaciones	Firma Técnico
	Marca	Numero de inventario	pH 4.0	pH 7.0	pH 10.0	Resultado	Marca	Numero de inventario	Valor Real	% Recuperación		
28	Tes tube.	134013.	4.1.	7.0	10.0	En el Rango	Hanna.	500205			equipo de turbiedad calibrado y operando.	
28	Tes tube.	—	4.0	7.1	10.1	en el Rango	Hanna	500204			calibrado y operando.	
28	Hanna	LDR 0900	4.1.	7.0	10.1.	en el Rango						
28	Pocket Hach.	134222	4.0.	7.1	10.0	en el Rango						
28	Pocket Hach.	134223	4.0	7.1	10.1.	en el Rango.						
29.	Tes tube.	134013.	4.0	7.0	10.1.	en rango	Hanna	500205			calibrado y operando.	
29	Tes Tube.	—	4.0	7.0	10.1	en rango	Hanna	500204.			calibrado y operando.	
29	Hanna.	LDR 0900	4.0	7.0	10.0	en rango						
29	Pocket. Hach	B4222	4.1	7.0	10.1.	En rango						
29	Pocket Hach.	134223	4.0	7.1	10.1	en rango						

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4 - 88. Barrio Santa Isabel. PBX 6025580868. Fax 6025580727
ARO CALI: Carrera 36B No. 5 - 51. Barrio San Fernando. Teléfono 6026206875/ 76 / 77
ARO TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Barrio Victoria. Teléfono 6022244616. Fax 6022247983
ARO CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Barrio San Vicente. Teléfonos 6022148644/ 6022146223
Línea Nacional (Gratis): 018000 22 00 44 - Página WEB: www.uesvalle.gov.co

Escaneado con CamScanner