LOTE No. 43. LAMPARA PIELITICA					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No FOLIO**
43.1 GENERALES.	**43.1.1 Estructura**	a. Cabezal sencillo	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 2**
		b. Control de encendido y apagado	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 2**
		c. Con sistema de brazo escualizables	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 2**
	43.1.2 Características de luz	a. Lámpara tipo LED, luz fría	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 1**
		b. Vida útil de los LEDS de mínimo 40000 horas	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 1**
		c. Intensidad lumínica mínimo de 70000 luxes a 1 m de distancia	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 1**
		d. Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 2**
	43.1.3 Ruedas	Base de mínimo 4 ruedas con freno	**SI**		**Se evidencia en ficha tecnica pag 1**
	43.1.4 Alimentación eléctrica	a. Una batería recargable con autonomía mínimo de 3 horas	**SI**		**Ver Documento "Certif_Caracteristicas_Opcionales"**
		b. Eléctrica de 110-120V / 50 – 60 Hz	**SI**		**Pag 42 Del Documento "Manual_Operador_Hyled200M_ESP"**
43.2 ACCESORIOS.		43.2.1 Mínimo dos mangos esterilizables y/o mínimo 10 juegos de fundas desechables	**SI**		**Ver Documento "Certif_Accesorios"**
		43.2.2 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud.	**SI**		**Ver Documento "Certif_Accesorios"**
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**"Certif_Accesorios_LOTE_37"**
43.3 GARANTIA	**43.3.1 2 AÑOS**		**SI**		
	43.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.		**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**
	43.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.		**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**
	43.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.		**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**
43.4 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.		**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**

43.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**
43.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**
43.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	**SI**		**Ver Documento "POSTVENTA_HYLED"**

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



MAGDA ANDREA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C. 52.312.600 de Bogotá D.C
Representante Legal L.A.S ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT. No. 860.526.809-1
Av. CL 26 # 96J-66 Complejo Optimus / Local 23 & 24 - Bogotá
PBX: (571) 7467278 / +57 (318) 335-2702 / (318) 252-8426
contratacion@laselectromedicina.com / info@laselectromedicina.com