SRF618E (DOPPLER DE FRECUENCIA CARDÍACA FETAL) ESPECIFICACIONES

Figura



Characteristics

- Detección de FCF desde 10 semanas de gestación.
- ★3 modos de visualización: modo de visualización transitoria, modo de visualización normal y modo de conteo manual.
- ★Visualización de intensidad de sonido de FCF sincrónicamente.
- ★Transductor de USB a prueba de agua, fácil de reemplazarse. 20.3.3
- ★Tecnología de control de automática ganancia para garantizar precisa detección de FCF.
- Tono de tecla de sonido de goteo.
- Altavoz incorporada. 20.1.5.a
- Pantalla con retroiluminación de LED.
- Cancelación inteligente de FCF erróneo.
- Alarma de 16-cuerdas contra exceso de limitación de valor de FCF
- Función de ajuste del volume y el sonido de clic de botón. 20.1.5.a
- Tres baterías de Alkaline AA pueden proporcionar enegía de 10 horas de continuo trabajo. Alarma de baja batería y indicador de estado de batería en tiempo real.
- Auto-apagar para ahorrar batería si no recibe señal de FCF dentro de 2 minutos. 20.1.2

Technical Parameter

Fuente de alimentación:

Batería para estándar:

Tipo de batería	3pcs Alkaline AA	Voltaje	4.5V
Autonomía	≥10horas		

Batería para opción: 20.1.3

Tipo de batería 20.2.1	3pcs de baterías recargables de Ni-MH	Voltaje	3.6V
Tiempo de carga	≥5horas	Capacidad de batería	1800 mAH
Autonomía	≥12horas		

Indicador:

Indicador de volumen	Indicador de estado de volumen	Indicador de alarma
Indicador de capacidad de batería	Indicador de tipo de batería	Visualización de FCF

SRF618E (DOPPLER DE FRECUENCIA CARDÍACA FETAL) ESPECIFICACIONES

	Auto-detección de promedio de FCF	Detección de FCF manualmente			
	Entorno de operación:				
	Temperatura	+5~+40℃	Humedad relativa	≤80%	
	Presión atmosférica	86~106KPa.			
	Condiciones de almacenamiento:				
	Temperatura	–10~+40℃	Humedad relativa	≤80%	
	Nota: libre de gases corrosivos, bien ventilados.				
	Dimensión y peso:				
	Dimensión	130*78*28mm	Peso bruto	0.5kg	
	Pantalla: Digital LCD 20.4.1				
	Medición de Frecuencia Cardiáca Fetal(FCF):				
	Método de medición	Doppler Ultrasónico	Modo de medición	Transitorio Normal Manual	20.1.1
	Rango de medición	30~240BPM	Resolución	1BPM	20.4.2.b
	Sensibilidad integradora	>100dB	Frecuencia de funcionamiento ultrasónico	2.5MHz	20.3.1
	Intensidad de salida ultrasónica	≤5mW/cm^2	Potencia de salida de audio (max)	<1W	
	Transductor a prueba de agua	Sí			
	Alarma:				
	Función	FHRAlarma audible y visual con canción para FCF anormal			
	Límite superior	160BPM	Límite inferior	120BPM	
	Tiempo de activación de alarma	<3s (Desde fuera del límite hasta el inicio de la alarma)			
	Auto-apagar: Apagar automáticamente si no recibe señales de FCF dentro de 2 minutos.				

	Modelo	*Cantidad(pcs)*	*Nota*
Configuración estándar	Detector de Doppler de Frecuencia Cardíaca Fetal	1	Con la sonda resistente al agua en forma de cilindro
	Batería de Alkaline AA	3	
	Lista de empaque	1	
	Manual de usuarios	1	
Configuración opcional	Batería recargable externa de Ni-MH	3	
	Cargador externo	1	Entrada AC100V~240V
	Bolsa	1	
	Auriculares 20.1.5.b	1	

NOTE: Las especificaiones cambiarán sin previo aviso.