LOTE No. 34. LÁMPARA DE FOTOCURADO					
ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
34.1 Generales	34.1.1 Fibra óptica	Conductor de luz de fibra óptica. autoclavable a 134 °C	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.1.2 Estructura	De una sola pieza. sin contar la base cargadora y la fibra óptica	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.1.3 Alimentación Eléctrica	Alimentación eléctrica del equipo/base de carga: 110 - 120 VAC/ 50 - 60 HZ	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.1.4 Montaje	De tipo inalámbrica	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
34.2 Fuente de luz	34.2.1 Tipo de Led	Luz LED azul	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.2.2 Longitud de onda	Longitud de onda de mínimo 200 a mínimo 420 nm	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.2.3 Vida útil del emisor	Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
34.3 batería	34.3.1 Tipo	Recargable	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.3.2 Autonomía	Mínimo una hora	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
34.4 Ciclos de trabajo	Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado		SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
34.5 Ciclos de operación	Temporizador: 5. 10. 15 y 20 segundos en modo continuo		SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
34.6 Sonorizador	De tipo beep. cada 5 segundos		SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA

34.7 Accesorios	34.7.1 Dos fibras ópticas para fotopolimerización	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.7.2 Dos pares de protectores oculares	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	34.7.3 Una base de carga/adaptador	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
34.8 GARANTIA	**34.8.1 2 AÑOS**	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
	34.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
	34.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
	34.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
34.9 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO

	como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.			
34.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
34.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
34.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

Orbidental Gerente

JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
Dirección: Carrera 9 No 61-79
Teléfono 2353110