LOTE No. 1. AUTOCLAVE DE MESA					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No. FOLIO**
1.1 Generales.	**1.1.1 Material y pintura**	Acero inoxidable o con materiales estipulados en la norma técnica europea EN13060-2014	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	1.1.2 Alimentación Eléctrica	**110 o 220 VAC / 50 – 60 Hz Monofásico**	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	1.1.3 Montaje	Tipo sobremesa	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	1.1.4 Sistema de llenado de agua	Manual o automático	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
1.2 Camara de esterilizacion.	**1.2.1 Capacidad útil de la cámara**	20 a 24 litros	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
1.3 Programacion del esterilizador.	**1.3.1 Programas de Trabajo**	a. Ciclo a 121 °C	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		b. Ciclo a 134 °C	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		c. Rápido	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	1.3.2 Programas de prueba	Prueba de fugas	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
1.4 Pantalla de visualizacion.	**1.4.1 Parámetros de esterilización visualizados**	a. Pantalla tipo LCD o TFT	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		b. Temperatura	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		c. Presión	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		d. Tiempo de ciclo	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA

		e. Fecha y hora	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
1.5 Panel de control.	**1.5.1 Sistemas de vigilancia y control**	a. Con válvula de sobrepresión de cámara	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		b. Con impresora térmica integrada	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
	1.5.2 Alarmas audibles y visibles	a. Falla temperatura	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		b. Falla de presión	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		c. Nivel insuficiente de agua	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		d. Puerta abierta	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
1.6 Accesorios		1.6.1 Tres bandejas en acero inoxidable	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		1.6.2 Diez (10) rollos de papel para la impresora térmica	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
		1.6.3 Una selladora con alimentacion de 110 -120 VAC 50 - 60 Hz con una potencia de minimo 300 W y una cortadora de sobre mesa	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / FICHA TECNICA
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No. FOLIO**
1.7 GARANTIA		**1.7.1 2 AÑOS**	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
		1.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO

		SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
	1.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
1.8 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
1.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO

1.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
1.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
1.12 CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN	El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación.	SI		CARPETA SECOP II DOCUMENTOS TECNICOS / CARTAS DE COMPROMISO
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.				
Orbidental Gerente				
Nombre y firma del representante legal				
Dirección: Carrera 9 No 61-79				
Teléfono 2353110				