ANEXO CONTRATO 26202 DE 2022 - LOTE 8

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Prestación de servicio para realizar Calificación operacional y de desempeño para: Tres (3) Autoclaves

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Calificación operacional certificada en temperatura y presión, entregando el reporte de calificación co homogeneidad, para presión; estabilidad y corrección de temperatura. También debe expresarse si cump con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma nacional o internacion vigente, se debe realizar calificación en tres puntos de temperatura; determinación de inestabilida temporal, disposición de medición de ubicaciones.

GRUPO/CLASE /FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

CODIGO	81101706		
CÓDIGO Y NOMBRE DEL SEGMENTO	**CÓDIGO Y NOMBRE DE FAMILIA**	**CÓDIGO DE NOMBRE DE CLASE**	**CODIGO DE PRODUCTO**
81.Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	8110.Servicios profesionales de Ingeniería y Arquitectura	811017. Ingeniería eléctrica y electrónica	81101706. Mantenimiento de equipos de laboratorio.

Clasificación:

Segmento: 81 Familia: 10 Clase: 17 Producto: 06

Cantidades: Tres (3) Autoclaves

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad: Temperatura (ºC), presión (psi)

DESCRIPCIÓN GENERAL
1. Calificación operacional certificada y de desempeño en temperatura y presión para: 1.1 - Autoclave, Marca Barnstead, Modelo ST75925, Max Rango: 25 °C a 150 °C 34 Lt (Litros) número d serie 1277051008388, número de placa 30462 **B003**. 1.2 - (1) Autoclave, Marca Raypa-Matachana, Modelo AES-150, Rango: 100 ºC a 139 ºC 150 Lt (Litros número de serie 38100, número de placa 43444 **B106**. 1.3 - (1) Autoclave Raypa-Matachana, Modelo AES-150, Rango: 100 ºC a 139 ºC 150 Lt (Litros) Seri 38101, número de placa 43445 **B107**.

Elaboró: John Yate A, Tecnólogo Oficina Laboratorio Nacional de Suelos
Aprobó: Jennifer Parra F, Jefe Oficina Laboratorio Nacional de suelos